



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH25005-2509

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 03.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Канюлі носові стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Канюля носова киснева розмір: дорослий	Серія	160325	
Нормативні документи		JK18/06-A	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2025-03-16-2025-03-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Зовнішній вигляд	Внутрішня і зовнішня поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатна
	Розмір	Повинен відповідати вимогам		Відповідає	
	Міцність	Коли один кінець канюлі закріплений, вона повинна витримувати статичну силу розтягу не менше 15 Н протягом 15 сек.		Відповідає	Придатна
	Просочування	При знаходженні канюлі у воді і застосуванні до неї тиску повітря 20кПа протягом 30 секунд, не повинно відбуватися просочування води		Відповідає	
	Складові частини	Усі частини канюлі повинні бути з'єднаними і гладкими, без засмічення		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильна		Відповідає	Придатна
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.