



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ - 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH25016/2517

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 06.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів стерильний, одноразового використання					
Модель / тип		Розмір: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18		Серія	160625		
Нормативні документи		JK12 / 06-CE.01		Кількість зразків	30 шт.		
Умови випробувань		Відповідають вимогам		План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012		
Стан зразка		У гарному стані		Дата перевірки	2025-06-16 ~ 2025-06-25		
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника		Технічні вимоги			Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Позначення розміру та розміри	Позначення розміру	Розмір катетеру визначається його номінальним зовнішнім діаметром, вираженим у мм, якщо для позначення розміру катетера додатково використовується кольоровий код, він повинен відповідати стандартам.			Відповідає	Придатний
		Розміри	Зовнішній діаметр і мінімальний внутрішній діаметр катетерів, виключаючи наконечник, повинні відповідати стандартам.			Відповідає	
	Конструкція		Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 6 EN 1733.			Відповідає	
	Вимоги до продуктивності		Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 7 EN 1733.			Відповідає	
	Символи та маркування		Символи та інформація, що надаються з катетерами, повинні бути визначені в EN 980 або ISO 7000.			Відповідає	
—	Стерильність		Стерильний			Відповідає	Придатний
Примітки:							

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.