



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості

**Виробник:** AKLAB GRUP LABORATUVAR MEDİKAL NAKLIYE KİMYA İNŞAAT  
TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. STİ

Gez Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Yönetim Caddesi Aklab Grup No:13 Aziziye/  
Erzurum/ Türkiye

Tel.: +49 174 1612540, www.aklabgroup.com.tr

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

Номер за каталогом	AKL 125	Номер партії	A0001110/40595
Дата виробництва	12.2024	Термін придатності	12.2028
Назва продукту	<b>Ємність для забору сечі, 100 мл, пневматична, асептично стерильна</b>		

Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат перевірки	Висновок
Корпус	Корпус має бути із сировини РР. Не повинно бути сторонніх предметів, бруду, бульбашок повітря, задирок, дефектів вприскування, дірок.	Відповідає	Придатний
Кришка	Кришки повинні бути щільно закриті та бути з РР сировини. На кришках не повинно бути ніяких сторонніх предметів, бруду, бульбашок повітря, задирок, дірок. Колір кришки- червоний.	Відповідає	Придатний
Герметичність	Кришки ємностей повинні бути щільно закриті.	Відповідає	Придатний
Стерильність	асептичний стерильний	Без бактерій	Придатний
Продукт, наведений у верхній частині, схвалено та відповідає Certificate of Conformity № IDS.CE.2024.19299.1			

Даний документ є перекладом Сертифіката аналізу виробника продукції -  
AKLAB GRUP LABORATUVAR MEDİKAL NAKLIYE KİMYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC.  
LTD. STİ

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.