



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості

Виробник: AKLAB GRUP LABORATUVAR MEDİKAL NAKLIYE KİMYA İNŞAAT TAANHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. STİ

Gez Köyü Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Yönetim Caddesi Aklab Grup No:13 Aziziye/Erzurum/ Türkiye

Tel.: +49 174 1612540, www.aklabgroup.com.tr

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

Номер за каталогом	AKL 132	Номер партії	A0001110/40596
Дата виробництва	12.2024	Термін придатності	12.2028
Назва продукту	Ємність вакуумна для забору сечі з інтегрованою системою 100 мл, пневматична, асептично стерильна		

Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат перевірки	Висновок
Корпус	Корпус має бути із сировини РР. Не повинно бути сторонніх предметів, бруду, бульбашок повітря, задирок, дефектів вприскування, дірок.	Відповідає	Придатний
Кришка	Кришки повинні бути щільно закриті з РР сировини. На кришках не повинно бути ніяких сторонніх предметів, бруду, бульбашок повітря, задирок, дірок. Кришки мають бути з вбудованим вакуумним блоком передачі. Колір кришки – жовтий.	Відповідає	Придатний
Герметичність	Кришки ємностей повинні бути щільно закриті.	Відповідає	Придатний
Стерильність	асептичний стерильний	Без бактерій	Придатний
Продукт, наведений у верхній частині, схвалено та відповідає Certificate of Conformity № IDS.CE.2024.19299.1			

Даний документ є перекладом Сертифіката аналізу виробника продукції - AKLAB GRUP LABORATUVAR MEDİKAL NAKLIYE KİMYA İNŞAAT TAANHÜT SANAYİ VE TİC. LTD. STİ

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.