



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH2505

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 03.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

|                      |                                |                                                                                        |                      |                        |           |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Назва продукції      |                                | Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання     |                      |                        |           |
| Модель / тип         |                                | Пайпель внутришньоматковий                                                             | Серія                | 180325                 |           |
| Нормативні документи |                                | Q/320700SY 28-2011                                                                     | Кількість зразків    | 50 шт.                 |           |
| Умови випробувань    |                                | Відповідають вимогам                                                                   | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012       |           |
| Стан зразка          |                                | У гарному стані                                                                        | Дата перевірки       | 2025-03-01~2025-03-07  |           |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги                                                                        |                      | Результат випробування | Висновок  |
| 8 [1 2]              | Розміри                        | Основні розміри повинні відповідати вимогам.                                           |                      | Відповідає             | Придатний |
| 5 [0 1]              | Ручка                          | Поверхня ручки повинна бути гладкою і вільною від сторонніх частинок.                  |                      | Відповідає             |           |
| 8[0 1]               | Міцність з'єднання             | З'єднання між сердечником і голівкою має бути стабільним і легко ковзати. Без витоків. |                      | Відповідає             |           |
| Стерильність         |                                | Стерильний                                                                             |                      | Відповідає             | Придатний |
| Примітки             |                                | /                                                                                      |                      |                        |           |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.