



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH25011/2511

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 04.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Подовжувач для інфузійних магістралей, довжина 1500 мм стерильний одноразового використання			
Модель / тип		1500 мм	Серія	180425	
Нормативні документи		JK74/06-СК1	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2025.04.18 - 2025.04.25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
—	Наявність часточок	При випробуванні згідно з додатком А.1 кількість частинок повинна відповідати вимозі.		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Протікання	При випробуванні згідно з додатком В не повинно бути протікання		Відповідає	Придатний
5[0 1]	З'єднання	Усі стики повинні витримувати статичну силу розтягу 15 Н протягом 10 сек		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Тиск	≥50 кПа		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Трубка	Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути ознак гострого краю, задирок тощо. Розмір повинен відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
—	Ендотоксини	Ендотоксини відсутні		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.