



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-25012-0925

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 05.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції	Пробірки центрифужні з кришками та без кришок		
Модель / тип	Пробірка центрифужна з кришкою (1,5 мл)	Серія	180525
Нормативні документи	Q/321284CBV07-2007	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2025-05-18 ~ 2025-05-20
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розміри	Розмір повинен відповідати стандарту	Відповідає	Придатна
Поверхня	Прозора та гладка поверхня стінок.	Відповідає	Придатна
Протікання	Ніяких дефектів, тріщин, жодного явища протікання.	Відповідає	Придатна
Прозорість	При нормальному освітленні у ємності з водою добре помітний рівень води.	Відповідає	Придатна
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.