



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340;
e-mail: jsukraineod@gmail.com
Дата виготовлення: 05.2025
Термін зберігання: 5 років

Назва виробу			Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2025-05		
Замовник:	JS UKRAINE		Матеріал	Нітрил		Неприпудрені			Серія		IN25004802		
Розмір:	S, M, L, XL		Колір	Блакитний		Відповідність	S:400, M:800, L:400		Кількість зразків		30 упаковок		
Показник				Норма				Результат					
Зовнішній вигляд	Критичний дефект			AQL 1.0				S:0/80 M:0/125 L:0/80					
	Значний дефект			AQL 2.5				S:0/80 M:0/125 L:0/80					
	Незначний дефект			AQL 4.0				S:2/80 M:3/125 L:0/80					
Тест на крапковий отвір				AQL 1.5				S:1/315 M:2/500 L:1/315					
Підрахунок				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L
Вага, г	3.05	3.03	2.97	2.96	3.3	3.45	3.36	3.31	3.28	3.58	3.68	3.56	3.57
Довжина, мм	243	245	243	243	247	245	244	243	244	242	241	243	241
Ширина долоні, мм	85	86	85	86	95	96	95	96	95	106	107	107	107
Сила, N	6.5	6.3	6.2	6.5	6.8	6.4	6.5	6.6	6.8	6.6	6.7	6.5	6.5
Внутрішня коробка			Відповідає				Зовнішній корпус			Відповідає			
Обладнання для тестування отворів			INTCO-CLSB-12-002				Номер товщиноміру			INTCO-CLSB- 02-005			
Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-019			Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005		Номер сталевोї лінійки		INTCO-CLSB-03-046		

Висновок	Інспектор	Дата	Перевірів	Дата
Продукція придатна до використання	Чжоу Ліна	2025.05.17	Лі Хун	2025.05.17

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.