



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340, e-mail: jsukraineod@gmail.com
Дата виготовлення: 03.2025
Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені						Дата виготовлення:		2025-03			
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрил		Неприпудрені			Серія		IN25001825			
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Фіолетовий		Відповідність	S:1600, M:2200, L:800		Кількість зразків		30 упаковок			
Показник				Норма				Результат					
Зовнішній вигляд	Критичний дефект				AQL 1.0				S:0/125 M:0/125 L:0/125				
	Значний дефект				AQL 2.5				S:0/125 M:0/125 L:0/125				
	Незначний дефект				AQL 4.0				S:2/125 M:2/125 L:3/125				
Тест на крапковий отвір				AQL 1.5				S:0/500 M:2/500 L:2/500					
Підрахунок				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розмір	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L
Вага, г	2.97	2.65	2.96	2.81	2.70	2.91	2.86	3.00	2.93	2.94	3.47	3.52	3.39
Довжина, мм	241	242	243	241	240	242	243	240	242	242	242	245	243
Ширина долоні, мм	85	86	86	86	85	96	96	95	96	95	105	105	106
Сила, N	6.1	6.0	6.3	6.4	6.2	6.2	6.1	6.0	6.1	6.0	6.3	6.2	6.1
Внутрішня коробка			Відповідає				Зовнішній корпус			Відповідає			
Обладнання для тестування отворів			INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12-002				Номер товщиноміру			INTCO-CLSB-24-003			
Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-019			Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005			Номер сталеві лінійки		INTCO-CLSB-03-036	
Висновок			Інспектор			Дата			Перевірів		Дата		

Продукція придатна до використання	Ван Сінпін	2025.03.28	Лі Хун	2025.03.28
------------------------------------	------------	------------	--------	------------

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.



Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.