



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WHM-24037/0225

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 12.2024

Термін зберігання: 5 років

|                                       |                                                                                                   |                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Назва продукції                       | Серветки медичні із нетканого матеріалу, просочені спиртовим розчином                             |                       |                       |
| Модель / тип                          | Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 120x150мм | Серія                 | 201224                |
| Нормативні документи                  | Q/320700 SY30-2005                                                                                | Кількість зразків     | 30 шт                 |
| Умови випробувань                     | Відповідають вимогам                                                                              | План відбору зразків  | GB/T 2828.1-2003      |
| Стан зразка                           | У гарному стані                                                                                   | Дата перевірки        | 2024-12-20~2024-12-22 |
| Найменування досліджуваного показника | Технічні вимоги                                                                                   | Результат випробувань | Висновок              |
| Упаковка                              | Упаковка повинна бути герметичною, без складок та загинів                                         | Відповідає            | Придатний             |
| Концентрація ізопропілового спирту    | Стандартна кількість: 70±5%.                                                                      | 71%                   | Придатний             |
| Розмір (мм)                           | 120x150                                                                                           | Відповідає            | Придатний             |
| Примітки                              | /                                                                                                 |                       |                       |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.

