



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA533052990000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WHM-25007/0725

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 04.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції	Серветки медичні із нетканого матеріалу, просочені спиртовим розчином		
Модель / тип	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 30х65мм	Серія	180425
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2025-04-18 ~ 2025-04-20
Найменування досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробувань	Висновок
Упаковка	Упаковка повинна бути герметичною, без складок та загинів	Відповідає	Придатний
Концентрація ізопропілового спирту	Стандартна кількість: 70±5%.	71%	Придатний
Розмір (мм)	30х65	Відповідає	Придатний
Примітки	Продукція придатна до використання		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.