



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № QS-1010-045-105

Виробник: STERILANCE MEDICAL (SUZHOU) INC.,
No.168 PuTuoShan Road New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com
Дата виготовлення: 03.2025
Термін зберігання: 5 років
Сертифікат відповідності: UA.MD.415-21, редакція 02, від 26 листопада 2024 р.

Назва продукції		Скарифікатор сталевий, стерильний, одноразового використання				Серія		250325	
Стандарт		QS-0613-403 – Стандарт внутрішнього контролю якості одноразових ланцетів для забору крові (скарифікатор сталевий)				Дата перевірки		2025-04-03	
Тип		Сталевий				Номер перевірки		PP202504001	
№	Показник	Технічні вимоги	Рівень	AQL	K-сть	Ac. AT	Re. AT	K-сть NC*	Результат
1	Етикетки	Всі товари повинні включати опис товару, номер партії, кількість, термін придатності тощо	S-2	1.0	13	0	1	0	Відповідає
2	Герметизація	Товар повинен мати хороші герметичні властивості	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
3	Розмір	Правильне вимірювання	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
4	Гострота списа	Сила проникнення $\leq 0.8N$	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
5	Довжина списа	$3.2 \pm 0.6(mm)$	S-2	2.5	20	1	2	0	Відповідає
6	Зовнішній вигляд та тип	Зовнішній вигляд має бути точно виконаним. Без засвітів, розмиття, розливів, іржі. Відповідного типу	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
7	Пакування	Без пошкоджень, з відповідним маркуванням та заявленою кількістю в упаковці	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
8	Чистота	Без забруднень, плям, жиру та сторонніх включень	S-4	4.0	80	7	8	0	Відповідає
9	Гарантія стерильності	Наявність живих мікроорганізмів не перевищує 1×10^{-6}	/	/	Звіт про стерилізацію, пройшов перевірку			Відповідає	
Висновок		Відповідає стандарту внутрішнього контролю якості QS-0613-403 для одноразових ланцетів для забору крові (скарифікатор сталевий).							

*NC - Невідповідності

Ми засвідчуємо, що вищезазначений виріб був виготовлений відповідно до специфікацій, що зберігаються на виробничому об'єкті.

Даний документ є перекладом Сертифіката виробника продукції – SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.