



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH24027-2426

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 11.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Зонд шлунковий назогастральний стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		Розмір: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	Серія	181124	
Нормативні документи		JK13(CE)/06	Кількість зразків	30 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2024-11-18~2024-11-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Позначення розміру	Позначення розміру має відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
	Протікання	Трубка зонду не повинна протікати.		Відповідає	
	Міцність	Якщо зафіксувати один кінець зонду, зовнішній діаметр якого не більше 2мм, та прикласти статичну силу 5Н до іншого кінця зонду протягом 15сек, кожна частина трубки не повинна виявляти ознак розриву; якщо діаметр зонду більше 2мм, під час впливу статичної сили 15Н протягом 15сек, кожна частина трубки не повинна виявляти ознак розриву		Відповідає	
8[1 2]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і не повинна містити ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Розмір повинен відповідати вимогам		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.