



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340;
e-mail: jsukraineod@gmail.com
Дата виготовлення: 04.2025
Термін зберігання: 5 років

| Назва виробу | | Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені | | | | | | Дата виготовлення: | | 2025-04 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|---------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Замовник: | JS UKRAINE | Матеріал | Нітрил | | | Неприпудрені | | | Серія | IN25004802 | | | |
| Розмір: | S, M, L, XL | Колір | Фіолетовий | | | Відповідність | S:1000, M:1000, L:1000 | | Кількість зразків | 30 упаковок | | | |
| Показник | | | | Норма | | | | Результат | | | | | |
| Зовнішній вигляд | Критичний дефект | | AQL 1.0 | | | | S:0/125 M:0/125 L:0/125 | | | | | | |
| | Значний дефект | | AQL 2.5 | | | | S:0/125 M:0/125 L:0/125 | | | | | | |
| | Незначний дефект | | AQL 4.0 | | | | S:3/125 M:1/125 L:3/125 | | | | | | |
| Тест на крапковий отвір | | | | AQL 1.5 | | | | S:1/500 M:1/500 L:1/500 | | | | | |
| Підрахунок | | | | AQL 6.5 | | | | S:0/8 M:0/8 L:0/8 | | | | | |
| Фізичні властивості | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розмір | S | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | L |
| Вага, г | 2.85 | 2.71 | 2.88 | 2.76 | 2.79 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 3.11 | 3.33 | 3.39 | 3.36 | 3.35 |
| Довжина, мм | 240 | 243 | 243 | 235 | 241 | 240 | 242 | 243 | 242 | 241 | 242 | 244 | 241 |
| Ширина долоні, мм | 87 | 86 | 86 | 85 | 86 | 95 | 96 | 96 | 96 | 105 | 106 | 105 | 106 |
| Сила, N | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
| Внутрішня коробка | | Відповідає | | | | Зовнішній корпус | | | | Відповідає | | | |
| Обладнання для тестування отворів | | INTCO-CLSB-12-021 | | | | Номер товщиноміру | | | | INTCO-CLSB-02-005 | | | |
| Електронний баланс | INTCO-CLSB-09-019 | | Номер електронної машини для випробування на розтягування | | | INTCO-CLSB-10-005 | | | Номер сталеві лінійки | | INTCO-CLSB-03-036 | | |

| Висновок | Інспектор | Дата | Перевірів | Дата |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Продукція придатна до використання | Сюн Цзяцзя | 2025.06.01 | Лі Хун | 2025.06.01 |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.