



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299

п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766

ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 07.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені					Дата виготовлення:		2025-07				
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал	Нітрil		Неприпудрені		Серія		IN25011892				
Розмір:	S, M, L, XL	Колір	Блакитний	Відповідність	S:600, M:600, L:600	Кількість зразків		30 упаковок					
Показник			Норма			Результат							
Зовнішній вигляд	Критичний дефект		AQL 1.0			S:0/125 M:0/125 L:0/125							
	Значний дефект		AQL 2.5			S:0/125 M:0/125 L:0/125							
	Незначний дефект		AQL 4.0			S:1/125 M:2/125 L:4/125							
Тест на крапковий отвір			AQL 1.5			S:1/500 M:2/500 L:1/500							
Підрахунок			AQL 6.5			S:0/8 M:0/8 L:0/8							
Фізичні властивості	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розмір	S	S	S	S	M	M	M	M	M	L	L	L	L
Вага, г	3.10	3.07	3.01	3.02	3.40	3.30	3.38	3.33	3.38	3.65	3.58	3.57	3.65
Довжина, мм	241	242	243	242	243	243	244	242	243	243	240	242	245
Ширина долоні, мм	85	86	86	85	95	96	96	96	95	105	106	106	105
Сила, N	6.2	6.5	6.1	6.1	6.3	6.5	6.4	6.2	6.5	6.3	6.1	6.5	6.4
Внутрішня коробка		Відповідає					Зовнішній корпус			Відповідає			
Обладнання для тестування отворів		INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12 002					Номер товщиноміру			INTCO-CLSB- 02-004			
Електронний баланс	INTCO-CLSB-09-019		Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005		Номер сталеві лінійки		INTCO-CLSB-03-036			
Висновок		Інспектор					Дата		Перевірив		Дата		
Продукція придатна до використання		Сюн Цзяця					2025.08.31		Лі Хун		2025.08.31		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.