ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua
МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

# Сертифікат якості № WMH25005-2507

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People`s Republic of China
**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com
Дата виготовлення: 10.2025
Термін зберігання: 5 років
Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Назва продукції | | **Дзеркала гінекологічні стерильні одноразового використання** | | |
| Модель / тип | | **розмір S, M** | Серія | 171025 |
| Нормативні документи | | JK04/06 | Кількість зразків | 30 шт. |
| Умови випробувань | | Відповідають вимогам | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012 |
| Стан зразка | | У гарному стані | Дата перевірки | 2025-10-17~2025-10-24 |
| **План відбору зразків** | **Назва досліджуваного показника** | **Технічні вимоги** | **Результат випробування** | **Висновок** |
| 20[1 2] | Поверхня | Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо. | Відповідає | Придатне |
| | Міцність | Коли на точку, розташовану на відстані 20 мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30 Н, будь-які компоненти дзеркала не повинні виявляти ознак зламу. | Відповідає | |
| 13[2 3] | Розмір | Висота, ширина і глибина стулок, а також ширина поля огляду і довжина ручок повинні відповідати стандарту | Відповідає | Придатне |
| | Відхилення | Відхилення торців обох стулок має бути не більше 2 мм. | Відповідає | |
| — | Стерильність | Стерильне | Відповідає | Придатне |
| Примітки | / | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.