



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 10.2025

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу				Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені					Дата виготовлення:		2025-10				
Замовник:		JS UKRAINE		Матеріал		Нітрил		Неприпудрені			Серія		IN25016083		
Розмір:		S, M, L, XL		Колір		Чорний		Відповідність		S:500, M:200, L:200		Кількість зразків		30 упаковок	
Показник						Норма				Результат					
Зовнішній вигляд		Критичний дефект				AQL 1.0				S:0/80 M:0/80 L:0/80					
		Значний дефект				AQL 2.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80					
		Незначний дефект				AQL 4.0				S:3/80 M:1/80 L:0/80					
Тест на крапковий отвір						AQL 1.5				S:1/315 M:2/315 L:2/315					
Підрахунок						AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8					
Фізичні властивості		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Розмір		S	S	S	S	S	S	S	M	M	M	L	L	L	
Вага, г		3.50	3.52	3.59	3.50	3.55	3.52	3.42	3.87	4.06	3.90	4.14	4.20	4.19	
Довжина, мм		246	245	244	246	246	246	247	242	246	243	245	247	243	
Ширина долоні, мм		85	86	85	85	86	85	85	96	96	95	105	105	106	
Сила, N		6.3	6.5	6.4	6.3	6.6	6.5	6.2	6.1	6.3	6.6	6.5	6.2	6.6	
Внутрішня коробка				Відповідає				Зовнішній корпус			Відповідає				
Обладнання для тестування отворів				INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12 002				Номер товщиноміру			INTCO-CLSB-02-002				
Електронний баланс		INTCO-CLSB-09-019			Номер електронної машини для випробування на розтягування			INTCO-CLSB-10-005			Номер сталевій лінійки		INTCO-CLSB-03-036		

Висновок	Інспектор	Дата	Перевірів	Дата
Продукція придатна до використання	Лі Хунцю	2025.10.24	Лі Хун	2025.10.24

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.