



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
тел.: +38 (094) 954-73-40, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
АТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH2608

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 03.2026

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції		Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип		<b>Зонд-тампон</b>	Серія	160326	
Нормативні документи		JK28/06-ID	Кількість зразків	50 шт.	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	JK28/06-ID	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2026-03-16 ~ 2026-03-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Зовнішній вигляд	При візуальному розгляді, головка зонд-тампона повинна бути білою поролоновою губкою, а ручка повинна бути повністю сформованою, без явних дефектів, таких як ямки на поверхні. Губка робочої частини не повинна мати запаху або стискатися, а також не повинно бути витікання клею в місці склеювання.		Відповідає	Придатний
5[0 1]	Упаковка	При візуальному огляді внутрішньої та зовнішньої поверхні індивідуальної упаковки, повинні бути відсутні явні сторонні предмети. Дата виробництва (номер партії) та термін придатності повинні бути чітко надруковані.		Відповідає	Придатний
-	Стерильність	Стерильно		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.