

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 20006-0420

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 04.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

| Назва продукції | Аплікатори стерильні одноразового використання | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Модель / тип | Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев'яний стрижень | Серія | 180420 |
| Нормативні документи | Q/320700 SY30-2005 | Кількість зразків | 20 шт. |
| Стан зразка | У гарному стані | Дата перевірки | 2020-04-18~2020-04-25 |
| Найменування досліджуваного показника | Технічні вимоги | | Результат випробувань |
| Зовнішній вигляд | Виріб, виготовлений з дерев'яного стрижня та медичної очищеної бавовняної вати, не повинен мати плям; бавовняний наконечник повинний бути намотаний щільно, не пухко. Очищена бавовняна вата повинна відповідати Стандарту YY 0330-2002 (медична очищена вата). | | Відповідає |
| Розмір | Стандартний розмір 150×Ø 2.2 мм. | | Відповідає |
| Діаметр бавовняного наконечника | 5 мм±0.5 мм. | | Відповідає |
| Стерильність | Відсутність зростання аеробних і анаеробних бактерій після 5-денного культивування при 35 °С; а також відсутність зростання грибків після 7-денного культивування при 25 °С. | | Відповідає |
| Залишкова кількість етиленоксиду | ≤10 мг/г. | | 0.2 |
| Висновок перевірки | Продукція придатна до використання | | |
| Примітки | / | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.