



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH20016/2101

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Аплікатори з транспортною пробіркою з середовищем та без стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Аплікатор з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці, пластиковий стрижень	Серія	180920
Нормативні документи	YZB/SU 0583-2007	Кількість зразків	20 шт.
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2020-09-18~2020-09-25
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Розмір повинен відповідати стандарту	Відповідає	Придатний
Стрижень	Поверхня стрижня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. Аплікатор повинен мати достатню міцність і не показувати жодних ознак руйнування, коли на верхівку протягом 15 сек прикладається радіальна сила 0,5 Н.	Відповідає	Придатний
Намотка	Довжина і колір віскозної намотки повинні бути рівномірними і не містити сторонніх речовин.	Відповідає	Придатний
Міцність намотки	Намотка повинна міцно прилягати до верхівки аплікатора і не виявляти жодних ознак від'єднання від стрижня після занурення в стерильне культуральне середовище протягом 7 днів.	Відповідає	Придатний
Примітки			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.