



ТОВ "Джей Ес Україна", Україна, 65078,
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501
e-mail: jsukraine@ukr.net
www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
Р/Р – 26006054207055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Сертифікат якості № WMH 19006/0319

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Аплікатори стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев'яний стрижень	Серія	180919
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	20 шт.
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2019-09-18 ~2019-09-24
Найменування досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробувань
Зовнішній вигляд	Виріб, виготовлений з дерев'яного стрижня та медичної очищеної бавовняної вати, не повинен мати плям; бавовняний наконечник повинний бути намотаний щільно, не пухко. Очищена бавовняна вата повинна відповідати Стандарту YY 0330-2002 (медична очищена вата).		Відповідає
Розмір	Стандартний розмір 150×Ø 2.2 мм.		Відповідає
Діаметр бавовняного наконечника	5 мм±0.5 мм.		Відповідає
Стерильність	Відсутність зростання аеробних і анаеробних бактерій після 5-денного культивування при 35 °С; а також відсутність зростання грибків після 7-денного культивування при 25 °С.		Відповідає
Залишкова кількість етиленоксиду	≤10 мг/г.		0.2
Висновок перевірки	Продукція придатна до використання		
Примітки			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.