



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH18007-1929

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 08.2019

Термін зберігання: 18 місяців

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Аплікатори з транспортною пробірною з середовищем та без стерильні одноразового використання			
Модель / тип	Аплікатор з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці, пластиковий стрижень. Середовище AMIES. 10мл	Серія	020819	
Нормативні документи	YZB/SU 0583-2007	Кількість зразків	50 шт	
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2019-08-19~2019-08-26	
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
Розмір	Розмір повинен відповідати стандарту.		Відповідає	Придатний
Стрижень	Поверхня стрижня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. Аплікатор повинен мати достатню міцність і не показувати жодних ознак руйнування, коли на верхівку протягом 15 сек прикладається радіальна сила 0,5 Н.		Відповідає	Придатний
Намотка	Довжина і колір бавовняної намотки повинні бути рівномірними і не містити сторонніх речовин.		Відповідає	Придатний
Міцність намотки	Намотка повинна міцно прилягати до верхівки аплікатора і не виявляти жодних ознак від'єднання від стрижня після занурення в стерильне культуральне середовище протягом 7 днів.		Відповідає	Придатний
Остаточна кількість етиленоксиду	≤10 мг/г		<1.6 мг/г	Придатний
Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки				

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.