



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,

т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH19003/0319

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2019

Назва продукції		Джгут венозний		
Стандарт випробування		QB	Серія	080519
Метод відбору зразків		Рандомний	Дата перевірки	2019-05-08~2019-05-15
Випробувальні прилади		Прилади вимірювання сили, вимірювачі еластичності		
Випробування:				
Назва досліджуваного показника		Стандарт випробування	Вимоги якості	Результат випробування
Зовнішній вигляд		4.1	Поверхня карабіну повинна бути гладкою, без дефектів. Еластична стрічка повинна бути чистою і гладкою, без дефектів, скручування, пошкоджень тощо.	Відповідає
Розмір і характеристики		4.2	Довжина 40,0см ±1,0см, ширина 2,5см ± 0,1см	Відповідає
Функціональні вимоги	Еластичність	4.3	Ступінь розтягування: 1:1,5 - 1:2,0 Ступінь стиснення: ≥90%.	Відповідає
	Міцність стрічки	4.4	При силі натягу ≥50N протягом 60 сек не повинно бути деформації	Відповідає
	Міцність карабіну	4.5	При силі натягу ≥50N протягом 60 сек карабін не повинен ламатися	Відповідає
Висновок: Кількість продукції - 35000 шт; Випадкова вибірка – 50 шт, Ця партія продукції відповідає вимогам QB.				

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.