



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH17017-0118

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 01.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2 від 31.10.2017

| Назва продукції | Ендотрахеальна трубка стерильна, одноразового використання | | |
|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Модель / тип | Розмір: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0 | Серія | 120118 |
| Нормативні документи | JK 51/104-01 | Кількість зразків | 30 шт |
| Стан зразка | У гарному стані | Дата перевірки | 2018-01-12 ~ 2018-01-19 |
| Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | Результат випробування | Висновок |
| Діаметр манжети | Відповідно до розміру. Допустима похибка $\leq \pm 15\%$. | Відповідає | Придатна |
| Викривлення трубки | Відсутнє спотворення після накачування газом. | Відповідає | Придатна |
| Зовнішній вигляд | Гладка поверхня, атравматичний дистальний кінець, чітко надруковане маркування | Відповідає | Придатна |
| Розмір | Відповідає стандарту | Відповідає | Придатна |
| Зовнішній діаметр трубки | ≤ 3.0 мм | Відповідає | Придатна |
| Кут між зовнішньою трубою і трубою | $\leq 45^\circ$. | Відповідає | Придатна |
| Довжина S3 | ≥ 7 мм | Відповідає | Придатна |
| Радіус вигину | 140 ± 20 мм | Відповідає | Придатна |
| Площа очка Мерфі | Більше 80% площі поперечного перерізу, дозволяється стандартом. | Відповідає | Придатна |
| Розташування очка Мерфі | Збоку трубки, навпроти скосу. | Відповідає | Придатна |
| Кут скосу | $38^\circ \pm 10^\circ$. | Відповідає | Придатна |
| Примітки | / | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.