



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH 7017-0118

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 01.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2

| Назва продукції                      | Ендотрахеальна трубка з манжетою стерильна, одноразового використання          |                        |                       |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Модель / тип                         | Розмір: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0        | Серія                  | 120118                |
| Нормативні документи                 | JK 51/104-01   | Кількість зразків      | 30 шт                 |
| Стан зразка                          | У гарному стані  | Дата перевірки         | 2018-01-19~2018-01-23 |
| Назва досліджуваного показника       | Технічні вимоги  | Результат випробування | Висновок              |
| Діаметр манжети                      | Відповідно до розміру.<br>Допустима похибка $\leq \pm 15\%$ .                  | Відповідає             | Придатна              |
| Викривлення трубки                   | Відсутнє спотворення після накачування газом.                                  | Відповідає             | Придатна              |
| Положення манжети                    | Не виступає за край скосу.   | Відповідає             | Придатна              |
| Зовнішній вигляд                     | Гладка поверхня, атравматичний дистальний кінець, чітко надруковане маркування | Відповідає             | Придатна              |
| Розмір                               | Відповідає стандарту   | Відповідає             | Придатна              |
| Зовнішній діаметр трубки             | $\leq 3.0$ мм  | Відповідає             | Придатна              |
| Кут між зовнішньою трубкою і трубкою | $\leq 45^\circ$ .  | Відповідає             | Придатна              |
| Довжина S3                           | $\geq 7$ мм  | Відповідає             | Придатна              |
| Радіус вигину                        | $140 \pm 20$ мм  | Відповідає             | Придатна              |
| Площа очка Мерфі                     | Більше 80% площі поперечного перерізу, дозволяється стандартом.                | Відповідає             | Придатна              |
| Розташування очка Мерфі              | Збоку трубки, навпроти скосу.  | Відповідає             | Придатна              |
| Кут скосу                            | $38^\circ \pm 10^\circ$ .  | Відповідає             | Придатна              |
| Примітки                             | /  |                        |                       |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.