



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 7017-0118

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2

Назва продукції	Ендотрахеальна трубка з манжею стерильна, одноразового використання		
Модель / тип	Розмір: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0	Серія	180518
Нормативні документи	JK 51/104-01	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2018-05-19~2018-05-23
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Діаметр манжети	Відповідно до розміру. Допустима похибка $\leq \pm 15\%$.	Відповідає	Придатна
Викривлення трубки	Відсутнє спотворення після накачування газом.	Відповідає	Придатна
Положення манжети	Не виступає за край скошу.	Відповідає	Придатна
Зовнішній вигляд	Гладка поверхня, атравматичний дистальний кінець, чітко надруковане маркування	Відповідає	Придатна
Розмір	Відповідає стандарту	Відповідає	Придатна
Зовнішній діаметр трубки	≤ 3.0 мм	Відповідає	Придатна
Кут між зовнішньою трубкою і трубкою	$\leq 45^\circ$.	Відповідає	Придатна
Довжина S3	≥ 7 мм	Відповідає	Придатна
Радіус вигину	140 ± 20 мм	Відповідає	Придатна
Площа очка Мерфі	Більше 80% площі поперечного перерізу, дозволяється стандартом.	Відповідає	Придатна
Розташування очка Мерфі	Збоку трубки, навпроти скошу.	Відповідає	Придатна
Кут скошу	$38^\circ \pm 10^\circ$.	Відповідає	Придатна
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.