



ТОВ "Джей Ес Україна"
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
 ЄДРПОУ – 37008766
 АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
 ЄДРПОУ – 37008766
 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 18029-1915

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd
 No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
 Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
 Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
 Дата виготовлення: 07.2019
 Термін зберігання: 5 років
 Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів стерильний, одноразового використання					
Модель / тип		Розмір: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18		Серія	180719		
Нормативні документи		JK12 / 06-CE.01		Кількість зразків	30 шт.		
Умови випробувань		Відповідають вимогам		План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012		
Стан зразка		У гарному стані		Дата перевірки	2019-07-18~2019-07-25		
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги			Результат випробування	Висновок	
5[0 1]	Позначення розміру та розміри	Позначення розміру	Розмір катетеру визначається його номінальним зовнішнім діаметром, вираженим у мм, якщо для позначення розміру катетера додатково використовується кольоровий код, він повинен відповідати стандартам.			Відповідає	Придатний
		Розміри	Зовнішній діаметр і мінімальний внутрішній діаметр катетерів, включаючи наконечник, повинні відповідати стандартам.				
	Конструкція		Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 6 EN 1733.			Відповідає	
	Вимоги до продуктивності		Випробування відповідно до методу, наведеного в розділі 7 EN 1733.			Відповідає	
	Символи та маркування		Символи та інформація, що надаються з катетерами, повинні бути визначені в EN 980 або ISO 7000.			Відповідає	
—	Стерильність		Стерильний			Відповідає	Придатний
Примітки:							

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.