



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
 ЄДРПОУ – 37008766  
 АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
 ЄДРПОУ – 37008766  
 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WHM17020-1811

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd  
 No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China  
 Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,  
 Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net  
 Дата виготовлення: 03.2018  
 Термін зберігання: 5 років  
 Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2

Назва продукції		Катетери для годування стерильні одноразового використання			
Модель / тип		<b>Катетер для годування, розмір 6,8, 10</b>	Серія	180318	
Нормативні документи		JK49 / 06	Кількість зразків	30 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2018-03-19~ 2018-03-28	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Міцність	При випробуванні відповідно до EN 1618: 1997, додаток В, катетер повинен витримувати лінійне розтягуюче зусилля без розриву: а) 5Н для катетерів зовнішнього діаметра 2мм або менше; або б) 15Н для катетерів зовнішнього діаметру більше 2мм.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Повинен відповідати вимогам, наведеним у JK49/02.		Відповідає	
	Протікання	Перед випробуванням на витік рідини всі отвори повинні бути запечатані. Після цього катетер випробовується під тиском води до 20 кПа. Катетер для годування повинен бути випробуваний, як описано в EN 1618: 1997, додаток С. Усі частини катетеру не повинні протікати через 30сек.		Відповідає	
8[1 2]	Поверхня	Повинна бути гладкою і без сторонніх речовин		Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки /					

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.