



ТОВ "Джей Ес Україна"
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
 ЄДРПОУ – 37008766
 АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
 ЄДРПОУ – 37008766
 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 18024-1923

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса.

Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 07.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Катетери для годування стерильні одноразового використання		
Модель / тип		Катетер для годування, розмір 6, 8, 10	Серія	180719
Нормативні документи		JK49 / 06	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-07-18~ 2019-07-28
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
5[0 1]	Міцність	При випробуванні відповідно до EN 1618: 1997, додаток В, катетер повинен витримувати лінійне розтягуюче зусилля без розриву: а) 5Н для катетерів зовнішнього діаметра 2мм або менше; або б) 15Н для катетерів зовнішнього діаметру більше 2мм.		Відповідає
	Розмір	Повинен відповідати вимогам, наведеним у JK49/02.		Відповідає
	Протікання	Перед випробуванням на витік рідини всі отвори повинні бути запечатані. Після цього катетер випробується під тиском води до 20 кПа. Катетер для годування повинен бути випробуваний, як описано в EN 1618: 1997, додаток С. Усі частини катетеру не повинні протікати через 30сек.		Відповідає
8[1 2]	Поверхня	Повинна бути гладкою і без сторонніх речовин		Відповідає
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає
Примітки /				

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

