



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua  
МФО 351005 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200 ЄДРПОУ – 37008766 АТ «УкрСиббанк» м. Харків  
МФО 328704 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055 ЄДРПОУ – 37008766 ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH16021-3

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2016

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.067.2.41-16 від 18.04.2016

Назва продукції		Кюретки вакуумні стерильні одноразового використання			
Модель / тип		розмір: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	Серія	181016	
Нормативні документи		JK 76/06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2016-11-16 ~ 2016-11-18	
План відбору зразків	Назва досліджувано го показника	Технічні вимоги		Результат випробуван ня	Висновок
13 [1 2]	Поверхня	Поверхня повинна бути без гострих країв.		Відповідає	Придатна
	Розмір	Розміри повинні відповідати вимогам.		Відповідає	
8 [0 1]	Міцність	Якщо статична сила 15 Н прикладається до голівки протягом 10 с, кюретка не повинна виявляти жодних ознак розриву чи руйнування.		Відповідає	Придатна
5 [0 1]	Сторонні часточки	Без сторонніх часточок		Відповідає	Придатна
	Позначки	Позначки повинні бути чіткими та не стиратися		Відповідає	
-	Стерильність	Стерильна		Відповідає	Придатна
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co.; Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.