



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № 2N201905014-1

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215133, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 04.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.807 від 12.12.2018

Назва продукції:	Одноразові захищені ланцети	Серія	180419
Специфікація/ Колір:	Ланцет захищений розмір 21G (1.8мм глибина) / помаранчевий	Кількість	250 шт
Стандарт	QS-0613-402 Стандарт якості одноразових захищених ланцетів для внутрішнього контролю	Дата перевірки	14.05.2019
№	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування
1	Розмір	Основні розміри повинні відповідати стандарту	Відповідає
2	Діаметр	0.81±0.02мм	Відповідає
3	Гострота наконечника ланцету	Сила проникнення ≤1,2 Н	Відповідає
4	Глибина проколу	1.8±0.4мм	Відповідає
5	Безпека	Після відстрілу голка повертається в корпус ланцету.	Відповідає
6	Функція одноразового використання	Функція відстрілу голки одноразової дії, повторне використання неможливе.	Відповідає
7	Зовнішній вигляд	Зовнішній вигляд відповідно до необхідного. Виріб у гарному стані, без тріщин, без відколів, без пошкоджень і сторонніх речовин.	Відповідає
8	Чистота	Виріб чистий, немає бруду, плям, жиру, будь-якого забруднення	Відповідає
9	Упаковка	Повинна мати маркування, правильний і розбірливий друк, номер партії, кількість та термін придатності продукції.	Відповідає
10	Стерильність	Теоретична ймовірність існування мікроорганізмів не більше 1х 10 ⁻⁶	Відповідає
Висновок		Продукція придатна до використання	

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.