



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH18029-1922

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 02.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання			
Модель / тип	Ложка Фолькмана	Серія	180219	
Нормативні документи	Q/320700SY28-2011	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2019-02-18~2019-02-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
13[2 3]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	Придатний
20[1 2]	Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.	Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильна	Відповідає	Придатний
Примітки	/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.