

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

**Сертифікат якості № WMH18001/0618**

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2 від 31.10.2017

Назва продукції		Ємкість для забору сечі (120 мл) стерильна, одноразового використання			
Модель / тип		120 мл	Серія	180318	
Нормативні документи		JK 50/06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2018-03-18 ~ 2018-03-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
32 [5 6]	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути гострих країв, задирок тощо.		Відповідає	Придатна
20 [1 2]	Протікання	Якщо всередину налити воду та легко струшувати протягом 15 сек, не повинно бути протікання.		Відповідає	Придатна
	Відповідність	Кришка і корпус повинні добре відповідати один одному.		Відповідає	
-	Стерильність	Стерильна		Відповідає	Придатна
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.