



ТОВ "Джей Ес Україна"
 Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
 т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
 п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
 ЄДРПОУ – 37008766
 АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
 п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
 ЄДРПОУ – 37008766
 ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 19006-1920

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 04.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Набір гінекологічний, комплектація 8 стерильний, одноразового використання			
Модель / тип		№ 8-М	Серія	160419	
Нормативні документи		JK57/06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-04-16~2019-04-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Дзеркало гінекологічне	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.	Відповідає	Придатне
		Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30Н, будь-які компоненти дзеркала не повинні виявляти ознак зламу.	Відповідає	
		Розмір	Висота, ширина і глибина стулок, а також ширина поля огляду і довжина ручок повинні відповідати стандарту	Відповідає	
8[1 2]		Відхилення	Відхилення торців обох стулок має бути не більше 2 мм.	Відповідає	
13[2 3]	Щіточка ендocerвікаль на тип Д	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	Придатна
20[1 2]		Ручка	Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин.	Відповідає	

8[0 1]		Міцність кріплення голівки	З'єднання між ручкою та голівкою повинно бути міцним і не виявляти жодних ознак роз'єднання, коли до голівки прикладається статична сила 2Н протягом 10сек, та легко відокремлюватися при статичній силі 18Н протягом 10сек.	Відповідає	
8[1 2]	Пелюшка одноразова	Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо.	Відповідає	Придатна
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
20[1 2]		Запах	Не повинно бути жодного явного запаху	Відповідає	
8[1 2]	Бахіли	Поверхня	На поверхні не повинно бути пилу, задирок, домішок тощо. Колір повинен бути рівномірним	Відповідає	Придатні
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
20[1 2]		Щільність	Щільність має бути рівномірною	Відповідає	
13[1 2]	Скло предметне	Поверхня	Повинне відповідати вимогам Q/320700SY78-2010	Відповідає	Придатне
20[1 2]	Рукавички оглядові	Герметичність	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	Придатні
13[1 2]		Зовнішній вигляд	Лиття має бути інтегрованим, а пластифікація та колір внутрішньої та зовнішньої поверхонь повинні бути рівномірними. Не повинно бути чорних плям і сторонніх речовин.	Відповідає	
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
		Міцність на розрив	Повинна відповідати вимогам	Відповідає	
—	Набір гінекологічний	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.