



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 18029-1920

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 02.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Набори отоларингологічні стерильні одноразового використання			
Модель / тип		Набір отоларингологічний, комплектація 1	Серія	180219	
Нормативні документи		JK69/06	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-02-18~2019-02-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
13[1 2]	Воронка вушна (Ø 4 мм)	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин	Відповідає	Придатний
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
13[1 2]	Воронка вушна (Ø 4,6 мм)	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин	Відповідає	Придатний
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
13[1 2]	Дзеркало носове	Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути гострих країв, задирок тощо.	Відповідає	Придатний
		Заклепка	На поверхні не повинно бути гострих країв, задирок тощо, і вона повинна добре співпрацювати з ручкою.	Відповідає	
5[0 1]		Міцність	Якщо статична сила 20 Н прикладається до однієї ручки протягом 30 сек, кожна частина дзеркала носового не повинна виявляти жодних ознак несправності чи розламу.	Відповідає	Придатний

		Експлуатаційні властивості	Дзеркало має бути зручним при закритті, відхилення голівки має бути менше 1 мм	Відповідає	
13[1 2]	Шпатель отоларингологічний	Поверхня	Повинен бути гладким і без видимих домішок, сторонніх речовин або вузлів	Відповідає	Придатний
		Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам	Відповідає	
—	ЛОР набір	Стерильність	Стерильний	Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.