



ТОВ "Джей Ес Україна", Україна, 65078,
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501
e-mail: jsukraine@ukr.net
www.jsukraine.com.ua

МФО 328704
Р/Р – 26006054207055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Сертифікат якості

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 08.2019

Термін зберігання: 5 років

Назва	Пластир медичний JS на бавовняній основі		Розмір	1×500 см
Серія	160819		Кількість	2160 шт.
Пакування	Індивідуальне пакування		Дата проведення випробування	16-08-2019
Випробувальна база	Стандарти підприємства		Дата звіту	26-08-2019
Показники, що випробовуються	Стандарт показників, що випробовуються		Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Виріб має бути рівним і чистим, тильна сторона не просочується клеєм, обрізка акуратна, без пошкоджень, плям, домішок та інших дефектів.		Виріб рівний і акуратний, без клею на тильній стороні, обрізка акуратна, без пошкоджень, плям, домішок та інших дефектів.	Відповідає
Розмір	Ширина	±0.25см	1см	Відповідає
	Довжина	≥99%	506см	Відповідає
Міцність на відрив	≥ 1.0 N/см		1.56N/см	Відповідає
Стійкість липкості	≤ 2.5 мм		0 мм	Відповідає
Висновок	Ця партія перевірених продуктів, результати відповідають вимогам			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.