

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 09.2018
Термін зберігання: 5 років

Назва	Пластир медичний JS на нетканій паперовій основі		Розмір	3×500 см
Lot No.	160918		Кількість	5096 шт.
Пакування	Індивідуальне пакування		Дата проведення випробування	2018-09-16
Випробувальна база	Стандарти підприємства		Дата звіту	2018-09-18
Показники, що випробовуються	Стандарт показників, що випробовуються		Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Виріб має бути рівним і чистим, тильна сторона не просочується клеєм, обрізка акуратна, без пошкоджень, плям, домішок та інших дефектів.		Виріб рівний і акуратний, без клею на тильній стороні, обрізка акуратна, без пошкоджень, плям, домішок та інших дефектів.	Відповідає
Розмір	Ширина	±0.25см	3см	Відповідає
	Довжина	≥99%	506см	Відповідає
Міцність на відрив	≥ 1.0 N/см		1.45 N/см	Відповідає
Стійкість липкості	≤ 2.5 мм		0 мм	Відповідає
Висновок	Ця партія перевірених продуктів, результати відповідають вимогам			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.