

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

**Сертифікат якості № WMH19012-1928**

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 07.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

| Назва продукції      |                                | Пінцети стерильні  |                      |                        |           |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| Модель / тип         |                                | Пінцет 200 мм  | Серія                | 180719                 |           |
| Нормативні документи |                                | Q/320700SY 41-2011   | Кількість зразків    | 30 шт                  |           |
| Умови випробувань    |                                | Відповідають вимогам   | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012       |           |
| Стан зразка          |                                | У гарному стані  | Дата перевірки       | 2019-07-18~2019-07-25  |           |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги  |                      | Результат випробування | Висновок  |
| 13[1 2]              | Зовнішній вигляд               | Повинен бути гладким, без видимих домішок, чужорідних тіл або вузлів |                      | Відповідає             | Придатний |
| 20[1 2]              | Розмір                         | Основні розміри повинні відповідати вимогам                          |                      | Відповідає             | Придатний |
| —                    | Стерильність                   | Стерильний   |                      | Відповідає             | Придатний |
| Примітки             |                                | /  |                      |                        |           |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.