

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-20016-2023

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2020

Назва продукції	Пробірки центрифужні з кришками та без кришок		
Модель / тип	Пробірка центрифужна з кришкою (1,5 мл)	Серія	120920
Нормативні документи	Q/321284CBB07-2007	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2020-09-12~2020-09-14
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розміри	Розмір повинен відповідати стандарту	Відповідає	Придатна
Поверхня	Прозора та гладка поверхня стінок.	Відповідає	Придатна
Протікання	Ніяких дефектів, тріщин, жодного явища протікання.	Відповідає	Придатна
Прозорість	При нормальному освітленні у ємності з водою добре помітний рівень води.	Відповідає	Придатна
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.