



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua  
МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH19027-1936

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Проктоскопи стерильні одноразового використання			
Модель / тип		<b>Проктоскоп, розмір 22</b>	Серія	181019	
Нормативні документи		Q/320700SY33-2011	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-10-18~2019-10-25	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
8[1 2]	Розмір	Основні розміри повинні відповідати стандарту		Відповідає	Придатний
	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	
	Взаємодія	Роз'єм джерела світла та зовнішній корпус повинні щільно взаємодіяти, а зовнішній корпус не повинен мати явних тріщин		Відповідає	
	Міцність	Коли на точку, розташовану на відстані 20 мм від торця зовнішнього корпусу, застосовується статичне навантаження 30Н протягом 15 сек, жодна деталь не повинна виявляти ознак зламу.		Відповідає	
5[0 1]	Координація	Внутрішня трубка повинна ковзати і гнучко координуватись із зовнішньою трубкою. Відхилення їх має бути не більше 0,6 мм. Внутрішня трубка не повинна сповзати із зовнішньої трубки, її легко витягнути, а сила тяги має бути $\leq 15N$		Відповідає	Придатний
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.