



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH20035-2023

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 12.2020

Термін зберігання: 3 роки

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		Ранорозширювачі стерильні одноразового використання			
Модель / тип		розмір: B-60/70-150; B-80/90-150; B-120/130-250; B-150/160-250; B-180/190-250; B-220/230-250	Серія	181220	
Нормативні документи		Технічні вимоги до виробу	Кількість зразків	5 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	Технічні вимоги до виробу	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2020-11-25~2020-12-02	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
5[0 1]	Поверхня	Внутрішня і зовнішня поверхня складових частин повинна бути гладкою, не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.		Відповідає	Придатний
	Розмір	Основні розміри повинні відповідати вимогам		Відповідає	
	Міцність	Канал може гнучко кривитись або розтягуватися		Відповідає	
—	Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.