



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua
МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 02.2019
Термін зберігання: 5 років

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| Назва виробу | | Рукавички медичні оглядові JS нестерильні | | | | Дата виготовлення: | 02.2019 |
| Замовник: | JS UKRAINE | Матеріал: | Нітрил | Неприпудрені | | Термін придатності: | 01.2024 |
| Розмір: | S, M, L, XL | Колір: | V-5 | Обсяг вибірки: | S:125, M:125, L:80, XL:80 | Серія | 18-80123 |
| Показник | | Норма | | Результат | | | |
| Зовнішній вигляд | Критичний дефект | AQL 1.0 | | S:0/125 M:0/125 L:0/80 XL:0/80 | | | |
| | Значний дефект | AQL 2.5 | | S:0/125 M:1/125 L:0/80 XL:0/80 | | | |
| | Незначний дефект | AQL 4.0 | | S:5/125 M:7/125 L:2/80 XL:0/80 | | | |
| Фізичні властивості | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Розмір | | S | M | L | XL | | |
| Довжина, мм | | 242-248 | 242-248 | 244 | 245 | | |
| Ширина долоні, мм | | 86-88 | 96-99 | 108 | 117 | | |
| Товщина манжети, мм | | 0,042-0,047 | 0,042-0,048 | 0,042 | 0,046 | | |
| Товщина долоні, мм | | 0,055-0,062 | 0,057-0,062 | 0,058 | 0,055 | | |
| Товщина пальця, мм | | 0,073-0,096 | 0,074-0,082 | 0,073 | 0,081 | | |
| Міцність на розрив, М ра | | 20,4-29,1 | 20,7-26,1 | 21,8 | 21,2 | | |
| Розтягування, % | | 533-588 | 519-550 | 570 | 559 | | |
| Номер випробувального устаткування | | INTCO-CLSB-12-025 | | Номер товщиноміру | INTCO-CLSB-02-005 | | |
| Номер електронної машини для випробування на розтягування | | INTCO-CLSB-10-005 | | Номер сталеві лінійки | INTCO-CLSB-03-020 | | |
| Висновок: | Відповідає стандартам ASTM D6319 і EN455 | | | | | | |
| Дата: | 2019.2.22 | | | | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.