

**ТОВ "Джей Ес Україна"**Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.uaМФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. ХарківМФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»**Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071**

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd

No.9888 Qiwan Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net)

Дата виготовлення: 09.2019

Термін зберігання: 5 років

Назва виробу		Рукавички медичні оглядові JS нестерильні				Дата виготовлення:	2019-09
Замовник:	JS UKRAINE	Матеріал:	Нітрил	Неприпудрені		Термін придатності:	2024-08
Розмір:	S, M, L, XL	Колір:	V-5	Обсяг вибірки:	S:125, M:125, L:80, XL:80	Серія	19-80505
Показник			Норма		Результат		
Зовнішній вигляд	Критичний дефект		AQL 1.0		S:0/125 M:0/125 L:0/80 XL:0/80		
	Значний дефект		AQL 2.5		S:0/125 M:1/125 L:0/80 XL:0/80		
	Незначний дефект		AQL 4.0		S:5/125 M:7/125 L:2/80 XL:0/80		
Фізичні властивості		1	2	3	4		
Розмір		S	M	L	XL		
Довжина, мм		242-248	242-248	244	245		
Ширина долоні, мм		86-88	96-99	108	117		
Товщина манжети, мм		0,042-0,047	0,042-0,048	0,042	0,046		
Товщина долоні, мм		0,055-0,062	0,057-0,062	0,058	0,055		
Товщина пальця, мм		0,073-0,096	0,074-0,082	0,073	0,081		
Міцність на розрив, М ра		20,4-29,1	20,7-26,1	21,8	21,2		
Розтягування, %		533-588	519-550	570	559		
Номер випробувального устаткування		INTCO-CLSB-12-025		Номер товщиноміру	INTCO-CLSB-02-005		
Номер електронної машини для випробування на розтягування		INTCO-CLSB-10-005		Номер сталеві лінійки	INTCO-CLSB-03-020		
Висновок:	Відповідає стандартам ASTM D6319 і EN455						
Дата:	2019.2.22						

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.