



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WHM18020/0718

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2018

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2 від 31.10.2017

Назва продукції	Сечоприймачі стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Сечоприймач дитячий 100 мл	Серія	160318
Нормативні документи	ЖК 19/06	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2018-03-16~ 2018-03-25
<b>Назва досліджуваного показника</b>	<b>Технічні вимоги</b>		<b>Результат випробування</b>
Зовнішній вигляд	Стінки мішка повинні бути досить прозорі, надписи на мішку повинні бути розбірливими; на просвіт мішок повинен бути чистим, гладким, вільним від сторонніх включень.		Відповідає
Міцність	При застосуванні статичної сили 20 Н протягом 15сек жодна деталь виробу не повинна виявляти ознак пошкодження.		Відповідає
Стерильність	Відсутність росту аеробних та анаеробних бактерій при інкубації 35°C протягом 5 днів після посіву, а також відсутність росту грибків при інкубації 25°C протягом 7 днів після посіву.		Відповідає
Остаточна кількість етиленоксиду	≤10 мг/г.		1.7
Висновок перевірки	Продукція придатна до використання.		
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.