



ТОВ "Джей Ес Україна", Україна, 65078,  
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501  
e-mail: jsukraine@ukr.net  
www.jsukraine.com.ua

МФО 328704  
Р/Р – 26006054207055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

## Сертифікат якості № WHM-18029/0119

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2019

Термін зберігання: 5 років

|  |  |                              |                           |
|--|--|------------------------------|---------------------------|
| Назва продукції                              | Серветки медичні із нетканого матеріалу, просочені спиртовим розчином                                  |                              |                           |
| Модель / тип                                 | <b>Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 56x65мм</b> | Серія                        | 160319                    |
| Нормативні документи                         | Q/320700 SY30-2005   | Кількість зразків            | 30 шт                     |
| Умови випробувань                            | Відповідають вимогам   | План відбору зразків         | GB/T 2828.1-2003          |
| Стан зразка                                  | У гарному стані  | Дата перевірки               | 2019-03-02~<br>2019-03-05 |
| <b>Найменування досліджуваного показника</b> | <b>Технічні вимоги</b>   | <b>Результат випробувань</b> | <b>Висновок</b>           |
| Упаковка                                     | Упаковка повинна бути герметичною, без складок та загинів  | Відповідає                   | Придатний                 |
| Концентрація ізопропілового спирту           | Стандартна кількість: 70±5%.   | 71%                          | Придатний                 |
| Розмір (мм)                                  | 56x65  | Відповідає                   | Придатний                 |
| Примітки                                     | Продукція придатна до використання   |                              |                           |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.