



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № 1910

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

| Назва продукції | | Інструменти гінекологічні для забору матеріалу стерильні одноразового використання | | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Модель / тип | | Щіточка ендocerвікальна тип Д | Серія | 180319 |
| Нормативні документи | | Технічні вимоги до виробу | Кількість зразків | 50 шт |
| Умови випробувань | | Відповідають вимогам | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012 |
| Стан зразка | | У гарному стані | Дата перевірки | 2019-03-18~ 2019-03-23 |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | Результат випробування | Висновок |
| 13[2 3] | Розмір | Основні розміри повинні відповідати вимогам | Відповідає | Придатна |
| 20[1 2] | Ручка | Поверхня ручки повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. | Відповідає | Придатна |
| 8[0 1] | Міцність кріплення голівки | З'єднання між рукою та голівкою повинно бути міцним і не виявляти жодних ознак роз'єднання, коли до голівки протягом 10 сек прикладається статичне зусилля 2Н, та легко відокремлюватися, якщо протягом 10сек прикладається статичне зусилля 18Н | Відповідає | Придатна |
| — | Стерильність | Стерильна | Відповідає | Придатна |
| Примітки | | / | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.