

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,

т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. ХарківМФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»**Сертифікат якості № WMH-19027/0819**

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 10.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Шпатель отоларингологічний дерев'яний (стерильний, одноразового використання)			
Модель / тип	150×18×1.6 мм	Серія	181019	
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003	
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2019-10-18~2019-10-22	
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
Зовнішній вигляд	Виріб, виготовлений з березового дерева, має бути гладким, з рівними бічними поверхнями, напівкруглими торцевими краями.		Відповідає	Придатний
Розмір	Розмір відповідно до стандарту 150×18×1,6мм.		Відповідає	Придатний
Стерильність	Стерильний		Відповідає	Придатний
Примітки	/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.