



**ТОВ "Джей Ес Україна"**  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH19006-1931

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 07.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції		<b>Шпатель отоларингологічний пластиковий (стерильний, одноразового використання)</b>			
Модель / тип		150 мм	Серія	160719	
Нормативні документи		Q/320700SY 37-2008	Кількість зразків	50 шт	
Умови випробувань		Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2012	
Стан зразка		У гарному стані	Дата перевірки	2019-07-16~2019-07-23	
План відбору зразків	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування	Висновок
13[1 2]	Зовнішній вигляд	Повинен бути гладким, без видимих домішок та сторонніх речовин тощо.		Відповідає	Придатний
20[1 2]	Розмір	Розмір повинен відповідати стандарту		Відповідає	Придатний
Примітки		/			

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.