



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № 0217-QS-1010-045-29

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.68 Litanghe Road, Xiangcheng, Suzhou 215133, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2017

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: UA.TR.067.2.44-16 від 18.04.2016

№	Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування
	Назва продукції	Скальпель (хірургічне лезо)	Серія 250317
	Модель / тип	тип 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25	Кількість 20000 шт
	Стандарт	QS-0613-410	Дата перевірки 28.04.17
1	Розмір	Основні розміри повинні відповідати стандарту.	Відповідає
2	Шорсткість поверхні	Значення шорсткості (Ra) поверхні леза має бути не більше 0,4 мкм, значення шорсткості (Ra) ріжучої кромки має бути не більше 0,8 мкм.	Відповідає
3	Зовнішній вигляд	Ріжуча кромка леза не повинна мати зламів, нерівностей та тріщин. Обидві сторони леза мають однаковий вигляд, поверхня не має випаленого місця. Лезо має бути прямим, без іржі, без задирок і видимих плям. Поверхня леза чиста і суха, без бруду, плям, жиру або волосся, без забруднень.	Відповідає
4	Гострота	Використовуйте ріжуче зусилля, щоб показати гостроту, воно повинне бути не більше 0,80 Н.	Відповідає
5	Твердість леза	Твердість матеріалу з нержавіючої сталі повинна бути не менше 650 HV ₁₀ , твердість інших матеріалів повинна бути не менше 750 HV ₁₀ .	Відповідає
6	Пружність леза	Лезо повинно мати хорошу пружність, після випробування на пружність не повинно бути тріщин і деформацій.	Відповідає
7	Упаковка	Повинна мати чітке та зрозуміле маркування.	Відповідає
8	Стерильність	Живі мікроорганізми відсутні.	Відповідає
	Висновок	Продукція придатна до використання	

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.