

**ТОВ "Джей Ес Україна"**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005  
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200  
ЄДРПОУ – 37008766  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704  
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055  
ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

**Сертифікат якості № WMH 19035-2005**

Виробник: Jiangu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 03.2020

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

| Назва продукції      |                                 | <b>Воронки вушні стерильні</b>                         |                        |                           |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Модель / тип         |                                 | <b>отвір Ø 2,5 мм; 4 мм; 4,6 мм</b>                    | Серія                  | 180320                    |
| Нормативні документи |                                 | Q/320700SY 43-2011                                     | Кількість зразків      | 50 шт                     |
| Умови випробувань    |                                 | Відповідають вимогам                                   | План відбору зразків   | GB/T 2828.1-2012          |
| Стан зразка          |                                 | У гарному стані  | Дата перевірки         | 2020-03-18~<br>2020-03-25 |
| План відбору зразків | Назва досліджувано го показника | Технічні вимоги  | Результат випробування | Висновок                  |
| 32[5 6]              | Розмір                          | Основні розміри повинні відповідати вимогам            | Відповідає             | Придатна                  |
| 32[3 4]              | Поверхня                        | Поверхня повинна бути гладкою і без сторонніх речовин. | Відповідає             | Придатна                  |
| —                    | Стерильність                    | Стерильна  | Відповідає             | Придатна                  |
| Примітки             |                                 | /  |                        |                           |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.